

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
น้ำยาล้างเครื่องมือชนิดผสมเอนไซม์และน้ำยาฆ่าเชื้อ (Enzymatic Detergent)

คุณลักษณะทั่วไป น้ำยาล้างเครื่องมือที่มีส่วนผสมของเอนไซม์ สารซักล้างและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(enzyme, non-ionic detergent and disinfectants) ชนิดปราศจากแอลกอฮอล์

๒.๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ในการทำความสะอาดและล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือหลังการผ่าตัด, อุปกรณ์เอนโดสโคปและ ชุดสายสำหรับเครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์การให้ออกซิเจนชนิดต่างๆ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ

๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๑ การฆ่าเชื้อ

- Bactericidal : EN ๑๐๔๐, NF T ๗๒-๑๗๐, EN ๑๓๗๒๗
- Active against MRSA
- Active against Mycobacterium tuberculosis TB
- Active against HIV -I PRV (Surrogate of HEV)
- BVDV (Surrogate of HCV) and Herpes Virus

๒.๒ ขนาดบรรจุ แกลลอนละ ๕ ลิตร (๑ ลิ้น มี ๔ แกลลอน มีหัวปั๊มขนาด ๒๕ ซีซี ให้ ๑ ลิ้น เพื่อใช้ผสม เป็นงานประจำ)

๒.๓ ใช้ล้างเครื่องมือแพทย์ ได้สะอาดหมดจด เนื่องจากมีส่วนผสม ของทั้งเอนไซม์รวมและสารซักล้างที่มีประสิทธิภาพสูง และไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

๒.๔ ป้องกันการเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระหว่างเครื่องมือของ ward หนึ่ง ไปยังอีก ward หนึ่ง

๒.๕ ป้องกันการเกิดการติดเชื้อ จากเครื่องมือไปยังผู้ปฏิบัติการได้

๒.๖ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลต่อสภาพแวดล้อม มีเอกสาร Biodegradable รับรอง

๒.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของทั้งเอนไซม์ ดีเทอร์เจนท์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ไม่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์โดยมีเอกสารแสดงความคงตัวของเอนไซม์ที่ สามารถอยู่ได้ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง

๒.๘ ได้รับมาตรฐาน CE ๐๔๕๙ ซึ่งอยู่ใน Medical Device Class IIb และมี test Report ของการทำลายเชื้อ

ไวรัส A H๑N๑ , A F A Q N ° ๑ ๙ ๙ ๕ / ๓ ๗ ๒ ๓ , SAFETY DATA SHEET (๙๑/๑๕๕/EEC - ๒๐๐๑/๕๘/EC - ISO ๑๑๐๑๔-๑)

๒.๙ มีเอกสารยืนยันหรือกราฟเพื่อแสดงปริมาณเชื้อหุ้มชีวภาพ (Biofilm) และผลการทำลายเชื้อ AH๑N๑ ที่ลดลงหลังการล้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

๒.๑๐ มีผลงานทางวิชาการสนับสนุนว่าไม่กัดกร่อนเครื่องมือหลังการล้างหรือไม่ทำให้เครื่องมือเสียหาย โดยเทียบกับ สารมาตรฐานเช่น ๐.๑% Sodium hypochlorite / ๐๐๑๒๐๐ / Z๓๐ Cr๑๓

๒.๑๑ มีตัวอย่างสินค้ามาแสดง ๑ แกลลอน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมบุรณ์ นันตโลहित) (นางวรลักษณ์ บุญเกิด) (นางสมสมัย บุญส่อง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ