

## โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

### รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ

### เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker)

1. ความต้องการ เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker)

2. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ใช้ในการค้ำยันพุงขาและลำตัวในการยืนและเดิน

3. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

1. ทำจากอลูมิเนียม มีขา 4 ขา

2. น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดี มีขา 4 ขาอยู่ในระนาบเดียวกัน เมื่อวาง

บนพื้น

3. ปดล็อกมือจับทำด้วยพลาสติกหรือยาง ที่แน่นกระชับกับโครงไม่เลื่อนหลุดง่าย

4. มีลูกยางคุณภาพดีที่มีความเหนียวยืดหยุ่นไม่ฉีกขาดง่ายสวมที่ปลายฐานสัมผัสพื้นดิน

4. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้เพื่อค้ำยันพุงขาและลำตัวในการเดิน เพื่อบรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอกของขาและลำตัว อันเนื่องจากการได้รับบาดเจ็บและกระดูกขาหัก ช่วยลดการเคลื่อนไหวและน้ำหนักของขาที่มากเกินไป

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 สินค้าทุกชิ้นต้องมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย

5.2 ในวันทำการเปิดของsobราคา ผู้ยื่นของsobราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

5.3 หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

5.4 อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง 1 ชิ้นเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

5.5 อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ  
TYLOR BRACE

1. ความต้องการ TAYLOR BRACE

2. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ใช้ในการพยุงกระดูกสันหลัง

3. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

3.1 วัสดุ ทำจากดิวราลูมิเนียม

3.2 สามารถตัดเข้ารูปโค้งของแนวกระดูกสันหลังของผู้ป่วยแต่ละรายได้

3.3 ไม่จำกัดการเคลื่อนไหวของทรวงอก

3.4 ขนาดความสูง 17,18,19,20,21,22,23 นิ้ว

4. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ในการพยุงกระดูกสันหลัง Osteoporotic bone collapse in the thoracic and lumbar spine ช่วยให้หลังตรง ลด Osteoporotic kyphosis และใช้กับผู้ที่กระดูกสันหลังยุบ ร้าว

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด

5.2 มีเอกสารระบุวิธีการใช้และดูแลรักษาติดมากับผลิตภัณฑ์

5.3 ในวันทำการเปิดซองสอบราคา ผู้ยื่นซองสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

5.4 หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

5.5 อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง 1 ชิ้นเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

5.6 อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ  
SOMI BRACE

1. ความต้องการ SOMI BRACE

2. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ใช้ในการพยุงคอ

3. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

3.1 วัสดุทำจากดิวราลลูมิเนียม

3.2 สามารถรับน้ำหนักและป้องกันการเคลื่อนไหวได้เต็มประสิทธิภาพ ปรับความสูงของคาง ปรับความสูงและความเอียงของท้ายทอยได้

3.3 ขนาด S,M,L,XL

4. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ตามคอในผู้ที่มีอาการปวดคอ กระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม ร้าว หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ หรือใช้ตามแพทย์สั่ง

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด

5.2 มีเอกสารระบุวิธีการใช้และดูแลรักษาติดมากับผลิตภัณฑ์

5.3 ในวันทำการเปิดซองสอบราคา ผู้ยื่นซองสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

5.4 หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

5.5 อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง 1 ชิ้นเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

5.6 อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น