

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย Polyester เบอร์ ๒-๐
มี PTFE'c pledget ขนาดเข็ม ๒๐ มม.

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

เป็นไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นถักเกลียว (Braided) ประกอบด้วยโพลีเอทรีน เทเรฟทาลเลต ซึ่งเตรียมมาจากใยสังเคราะห์ Polyester และเคลือบด้วย Silicone เพื่อให้เส้นไหมลื่นและนุ่มไม่บาดเนื้อเยื่อ

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับเย็บเนื้อเยื่ออ่อนทั่วไป (Soft tissue) หรือ ใช้ผูกเส้นเลือดสำหรับห้ามเลือด รวมทั้งการเย็บในระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular surgery), การผ่าตัด (Ophthalmic) แต่ไม่ใช้ในระบบประสาท และสมอง (Neurological surgery) หรือการผ่าตัด Microsurgery

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๓.๑ ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย-ไทครอน ๒-๐ (๓ Metric) มีแบบติดเข็ม เข็มคู่ (Double arm needles/DA)

๑.๓.๒ มีการเคลือบเข็มด้วยวิธี Nucoat™ ขนาดเข็ม ๒๐ mm ๑/๒ circle Tapperpoint

๑.๓.๓ วัสดุเย็บแผลมีความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. มี PTFE 'c Pledget ๗ มม.*๓ มม.*

๑.๕ มม.

๒. การบรรจุและหีบห่อ

๒.๑ บรรจุในห่อของปราศจากเชื้อ

๒.๒ การฆ่าเชื้อ (Sterilization) อบแก๊ซเอธิลีน อ็อกไซด์ (Ethylene oxide) หรือ รังสีแกมมา (Gamma irradiation)

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ มีแบบติดเข็ม ชนิดเข็มเดี่ยว และเข็มคู่ (Double arm needles)

๓.๒ เข็มเป็น แบบ Cardiopoint™ เคลือบเข็มด้วยวิธี Nucoat™

๓.๓ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบแบบเฉียบพลันต่อเนื้อเยื่อน้อยมาก และจะถูกเนื้อเยื่อเกี่ยว (Connective tissue) ของร่างกายห่อหุ้ม โดยเป็นไปอย่างช้า ๆ

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตรวจสอบตามของตัวอย่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสัมพันธ์ อัดตสิริลักษณ์) (นายเกียรติพันธ์ จิตวีร์วิสุทธิ) (นางจตุพร บุญมานันท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย Polyester เบอร์ ๒/๐ ขนาดเข็ม ๑๖ มม.

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

เป็นไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นถักเกลียว (Braided) ประกอบด้วยโพลีเอทรีลีนเทรพท์ลเลต ซึ่งเตรียมมาจากใยสังเคราะห์ Polyester และเคลือบด้วย Silicone เพื่อให้เส้นไหมลื่นและนุ่มไม่บาดเนื้อเยื่อ

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับเย็บเนื้อเยื่ออ่อนทั่วไป (Soft tissue) หรือ ใช้ผูกเส้นเลือดสำหรับห้ามเลือด รวมทั้งการเย็บใน ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular surgery), การผ่าตัด (Ophthalmic) แต่ไม่ใช้ใน ระบบประสาท และ สมอง (Neurological surgery) หรือการผ่าตัด Microsurgery

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๓.๑ ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย-โทครอน ๒-๐ (๓ Metric) มีแบบติดเข็ม ชนิด เข็มคู่ (Double arm needles /DA)

๑.๓.๒ มีการเคลือบเข็มด้วยวิธี Nucoat™+Optivis™ ขนาดเข็ม ๑๖ mm ๑/๒circle Tapperpoint

๑.๓.๓ วัสดุเย็บแผลมีความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm มี Firm PTFE Pledget ๗mm.*๓mm.* ๑.๕mm.

๒. การบรรจุและหีบห่อ

๒.๑ บรรจุในห่อซองปราศจากเชื้อ

๒.๒ การฆ่าเชื้อ (Sterilization) อบแก๊ซเอธิลีน ออกไซด์(Ethylene oxide) หรือ รังสีแกมมา (Gamma irradiation)

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ มีแบบติดเข็ม เข็มคู่ (Double arm needles)

๓.๒ เข็มเป็น แบบ Cadiopoint™ เคลือบเข็มด้วยวิธี Nucoat™ +Optivis™

๓.๓ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบแบบเฉียบพลันต่อเนื้อเยื่อน้อยมาก และจะถูกเนื้อเยื่อเกี่ยว (Connective tissue) ของร่างกายห่อหุ้ม โดยเป็นไปอย่างช้า ๆ

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตรวจสอบตามของตัวอย่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสัมฤทธิ์ อุตตสิริลักษณ์) (นายเกียรติพันธ์ จิตวารวิสุทธิ) (นางจตุพร บุญมานันท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย Polyester เบอร์ ๒-๐ ขนาดเข็ม ๒๐ มม.

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

เป็นไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นถักเกลียว (Braided) ประกอบด้วยโพลิเอทรีลีนเทเรพท์ลีสเตต ซึ่งเตรียมมาจากใยสังเคราะห์ Polyester และเคลือบด้วยSiliconeเพื่อทำให้เส้นไหมลื่นและนุ่มไม่บาดเนื้อเยื่อ

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับเย็บเนื้อเยื่ออ่อนทั่วไป (Soft tissue) หรือ ใช้ผูกเส้นเลือดสำหรับห้ามเลือด รวมทั้งการเย็บในระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular surgery), การผ่าตัด(Ophthalmic) แต่ไม่ใช้ในระบบประสาท และ สมอง (Neurological surgery) หรือการผ่าตัด Microsurgery

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๓.๑ ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย-ไทครอน ๒-๐ (๓ Metric) มีแบบติดเข็ม ชนิดเข็มเดี่ยว และเข็มคู่ (Double arm needles/DA)

๑.๓.๒ มีการเคลือบเข็มด้วยวิธี Nucoat™ ขนาดเข็ม ๒๐ mm ๑/๒ circle Tapperpoint

๑.๓.๓ วัสดุเย็บแผลมีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ cm

๒. การบรรจุและหีบห่อ

๒.๑ บรรจุในห่อซองปราศจากเชื้อ

๒.๒ การฆ่าเชื้อ (Sterilization) อบแก๊ซเอธิลีน อ็อกไซด์(Ethylene oxide) หรือ รังสีแกมมา (Gamma irradiation)

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ มีแบบติดเข็ม ชนิดเข็มเดี่ยว และเข็มคู่ (Double arm needles)

๓.๒ เข็มเป็น แบบ Surgalloy™ เคลือบเข็มด้วยวิธี Nucoat™ +Optivis™

๓.๓ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบแบบเฉียบพลันต่อเนื้อเยื่อน้อยมาก และจะถูกเนื้อเยื่อเกี่ยว (Connective tissue) ของร่างกายห่อหุ้ม โดยเป็นไปอย่างช้า ๆ

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตรวจสอบตามของตัวอย่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสัมฤทธิ์ อัดตสิริลักษณ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกียรติพันธ์ จิตวารวิสุทธิ)
นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจตุพร บุญมานันท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย Polypropylene
แบบเส้นเดี่ยว เบอร์ ๔/๐ ขนาดเข็ม ๑๗ มม.

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

เป็นไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว (Monofilament) ประกอบด้วย Isotactic crystalline stereoisomer of Polypropylene และ Polyethylen

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับเย็บเนื้อเยื่ออ่อนทั่วไป (Soft tissue) หรือ ใช้ผูกเส้นเลือดสำหรับห้ามเลือด รวมทั้ง การเย็บในระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular surgery), การผ่าตัด(Ophthalmic) แต่ไม่ใช่ในระบบ ประสาท และสมอง (Neurological surgery) หรือการผ่าตัด Microsurgery

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๓.๑ ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว-เซอร์จิโปร เบอร์ ๔/๐ (๑.๕ Metric) เข็มคู่(Double arm needles/DA)

๑.๓.๒ มีการเคลือบเข็มด้วยวิธี Nucoat™ ขนาดเข็ม ๑๗ mm ๑/๒ circle Tappercutting วัสดุเย็บแผลมีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ cm

๑.๓.๓ บรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบ Nupack™

๒. การบรรจุและหีบห่อ

๒.๑ บรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบ"นูปแพค" (Nupack™)

๒.๒ การฆ่าเชื้อ (Sterilization) อบแก๊ซเอธิลีน อ็อกไซด์(Ethylene oxide)

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ มีแบบติดเข็ม ชนิดเข็มคู่ (Double arm needles)

๓.๒ เข็มเป็น แบบ Surgalloy™ เคลือบเข็มด้วยวิธี Nucoat™

๓.๓ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบแบบเฉียบพลันต่อเนื้อเยื่อน้อยมาก และจะถูกเนื้อเยื่อเกี่ยว (Connective tissue) ของร่างกายห่อหุ้ม โดยเป็นไปอย่างช้า ๆ

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตรวจสอบตามของตัวอย่าง

(ลงชื่อ).....
(นายสัมพันธ์ อัดตสิริลักษณ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....
(นายเกียรติพันธ์ จิตวรวิสุทธิ)
นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางจตุพร บุญมานันท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย Polypropylene
แบบเส้นเดี่ยว เบอร์ ๔/๐ มี PTFE's pledget ขนาดเข็ม ๑๗ มม.

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

เป็นไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว (Monofilament) ประกอบด้วย Isotactic crystalline stereoisomer of Polypropylene และ Polyethylen

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับเย็บเนื้อเยื่ออ่อนทั่วไป (Soft tissue) หรือ ใช้ผูกเส้นเลือดสำหรับห้ามเลือด รวมทั้ง การเย็บในระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular surgery), การผ่าตัด (Ophthalmic) แต่ไม่ใช้ในระบบ ประสาท และสมอง (Neurological surgery) หรือการผ่าตัด Microsurgery

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๓.๑ ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว-เซอร์จิโปร เบอร์ ๔/๐ (๑.๕ Metric) เข็มคู่ (Double arm needles/DA)

๑.๓.๒ มีการเคลือบเข็มด้วยวิธี Nucoat™ ขนาดเข็ม ๑๗ mm ๑/๒ circle Tappercutting

๑.๓.๓ วัสดุเย็บแผลมีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ cm มี Firm PTFE Pledget ขนาด ๓mm x ๗mm

๒. การบรรจุและหีบห่อ

๒.๑ บรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบ "นูปแพค" (Nupack™)

๒.๒ การฆ่าเชื้อ (Sterilization) อบแก๊ซเอธิลีน ออกไซด์ (Ethylene oxide)

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ มีแบบติดเข็ม ชนิดเข็มคู่ (Double arm needles)

๓.๒ เข็มเป็น แบบ Surgalloy™ เคลือบเข็มด้วยวิธี Nucoat™

๓.๓ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบแบบเฉียบพลันต่อเนื้อเยื่อน้อยมาก และจะถูกเนื้อเยื่อเกี่ยว (Connective tissue) ของร่างกายห่อหุ้ม โดยเป็นไปอย่างช้า ๆ

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตรวจสอบตามของตัวอย่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสัมฤทธิ์ อัดตสิริลักษณ์) (นายเกียรติพันธ์ จิตวรวิสุทธิ) (นางจตุพร บุญมานันท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ